Medical Way

di Roberto Spano

EDIZIONE 2020

MANIPOLI

INSERTI

UNITÀ di GOVERNO

www.medicalway.it

La Medical Way è un' azienda
nata con l'intento
di mettere in contatto i produttori con i clienti finali
evitando passaggi a volte inutili e dispendiosi.

Il 90% dei prodotti trattati
vengono direttamente
dai produttori mantenendo
una qualità costante
ed una rapida ed efficace consulenza tecnica
in caso di necessità.

Roberto Spano

Medical Way

TURBINE

MDK TORQUE

MADE IN S. COREA

22 Ti 47.867 Titanium

• CORPO IN TITANIO • TESTINA TORQUE • FIBRA OTTICA • RPM 320.000-400.000 • 4 SPRAY • **COMPATIBILE CON DIFFERENTI ATTACCHI**

MDK 45°

MADE IN S. COREA

22 Ti 47.867 Titanium

• CORPO IN TITANIO • TESTINA CHIRURGICA 45° • FIBRA OTTICA • RPM 320.000-400.000 • 1 SPRAY • **COMPATIBILE CON DIFFERENTI ATTACCHI**

MDK PEDIATRIC

MADE IN S. COREA

22 Ti 47.867 Titanium

• CORPO IN TITANIO • TESTINA PEDIATRICA • FIBRA OTTICA • RPM 260.000-300.000 • **COMPATIBILE ATTACCO KAVO**

DMATE STANDARD

MADE PRC

• TESTINA STANDARD • SENZA FIBRA OTTICA • RPM 260.000 • 3 SPRAY • **COMPATIBILE CON ATTACCO KAVO - NSK**

ATTACCHI RAPIDI

COMPATIBILE KAVO

MADE PRC

• A LED • CON REGOLAZIONE ACQUA

COMPATIBILE BIEN AIR

MADE IN S. COREA

• ELETTRIFICATO • CON REGOLAZIONE ACQUA

COMPATIBILE SIRONA

MADE PRC

• A LED • CON REGOLAZIONE ACQUA

COMPATIBILE NSK

MADE PRC

- A LED

COMPATIBILE W&H

MADE PRC

- ELETTRIFICATO

CONTRANGOLI 1:1

MDK CA-PL1

MADE IN S. COREA

• FIBRA OTTICA • SPRAY INTERNO

MEYES 202C6

MADE PRC

• TESTINA COMPATIBILE KAVO • SENZA FIBRA OTTICA • SPRAY INTERNO

CONTRANGOLI 1:5

MDK FG-PL15

MADE IN S. COREA

• FIBRA OTTICA • SPRAY INTERNO

HARMONIC 2CAPB145

MADE PRC

• TESTINA 45° CHIRURGICA • FIBRA OTTICA • SPRAY INTERNO

CONTRANGOLI 20:1

MDK CA-PL20X

MADE IN S. COREA

22
Ti
47.867
Titanium

• CORPO IN TITANIO • FIBRA OTTICA • TORQUE 70NCM • SPRAY ESTERNO

MEYES 202C13B

MADE PRC

• FIBRA OTTICA • TORQUE 70NCM • SPRAY ESTERNO

MEYES 202C12A

MADE PRC

• SENZA FIBRA OTTICA • TORQUE 70 NCM • SPRAY ESTERNO

MANIPOLI DRITTI

COXO CX235-2C

MADE PRC

• FIBRA OTTICA • SPRAY INTERNO

COXO CX235-2B

MADE PRC

• SENZA FIBRA OTTICA • SPRAY INTERNO

Medical Way

IPR FILE SYSTEM



Reciprocating Stroke of 1.6mm

Complex ITSTM Contra-Angle Handpiece compact design makes searching posterior regions easy

Use with most standard slow-speed Air Motors & compressed air unit

IPR GAUGE

Used during Inter proximal Reduction (IPR) to measure and confirm space.

Includes seven gauges:

- 0.10mm
- 0.15mm
- 0.20mm
- 0.25mm
- 0.30mm
- 0.40mm
- 0.50mm
- Stainless steel
- Autoclavable





Inter Proximal Reduction(IPR)

Stripping Protocols in Orthodontics require a wide selection of mechanical or manual instruments for opening contact points, enamel reduction and finishing proximal surfaces. Our IPR File system provides efficient tools for Stripping, which are ergonomically and practically arranged for the treatment of each patient.

IPR SET

Contact Breaker

Handheld laser welded blades are provided for opening proximal spaces in crowded cases. Available in 50µm and 100µm



Manual Stripping

Two handles (90° & 45°)are provided for efficient manual space creation.

EJECTOR

- Conical tool for ergonomix release of strips from Contra -angle. This also enhances the life and grip of the hand piece.
- To facilitate release of the strips from the contra-angle in between the various Stripping phases.

Price List	Master Kit	Starter Kit	Packaging	Ref #	Usage
Reciprocating Contra Handpiece	Present	Present	Ea	-	-
Thickness Guage	Present	Present	7 guages	-	-
Conical Tool	Present	Present	Ea	-	-
Manual Handle Straight	Present	-	Ea	-	-
Manual Handle Angled	Present	-	Ea	-	-
Contact Breaker (50 µm)	Present	-	Ea	-	-
Contact Breaker (100 µm)	Present	-	Ea	-	-
IPR Blade (Set)			Assort. Of 12	-	-
White (Saw)(100µm)	8 pcs	2 pcs	Pair	100-424	10 µm serrated edge for opening contact points to facilitate entry of other files.
Yellow (Single Side) (90µm)	4L + 4R	1L + 1R	Pair	100-C304L 100-C304R	90 µm single sided abrasive file for initial reduction in crowded cases & final polishing.
Blue (Single Sided) (100µm)	4L + 4R	1L + 1R	Pair	100-304L 100-304R	100 µm single sided abrasive file for additional reduction in crowded case & pre-polishing.
Purple (Single Sided) (150µm)	4L + 4R	1L + 1R	Pair	100-G304L 100-G304R	150 µm single sided abrasive file for main reduction.
Blue (Double Sided) (200µm)	8 pcs	2 pcs	Pair	100-314	200 µm double sided abrasive file for contouring.
Black (Double Sided)(300µm)	8 pcs	2 pcs	Pair	100-G314	300 µm double sided abrasive file for high enamel reduction.

PORTABLE MICRO MOTOR CV-MM II

Model : CV/DX S01
Straight Handpiece
Speed : Max 40,000 Rpm/Min
Order Code : S010101

It can be use with contra angle or straight handpiece



Feature:
1.About 9 hours time by full charging
2.Can install straight or contra angle
3.With digital screen
4.With charging indicator
5.With temperature inspect

Technical of Controller:
Input power: 110 / 240 V
Frequency: 50 / 60 Hz
Output power: DC 13V 12A
Charging time: 3 hours
Using time: 9 hours

Technical of motor:
Type: Brushless
Non load R.P.M : 0~50,000rpm
Input power: DC13V 12A

MACCHINA IMPLANTARE

C-SAILOR PRO

MADE PRC

PEDALE MULTIFUNZIONE

GRANDE DISPLAY TOUCH

CARATTERISTICHE MACCHINA IMPLANTARE:
- GRANDE DISPLAY TOUCH
- INTERVALLO DI VELOCITÀ 300 ~ 40.000 RPM
- PEDALE MULTIFUNZIONE
- TORQUE MAX 80NCM
- MOTORE CHIRURGICO AD INDUZIONE
- VALIGIA IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE CONTRANGOLO:
- RAPPORTO 20:1
- FIBRA OTTICA
- SISTEMA A PULSANTE
- TORQUE MAX 55NCM
- SPRAY ACQUA INTERNO ED ESTERNO

C SMART-1 PRO

MADE PRC

- AMPIO SCHERMO LCD A COLORI • COMANDO A PULSANTE DI FACILE UTILIZZO • LOCALIZZATORE APICALE INCLUSO
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED SEPARABILE PER UNA MIGLIORE VISIBILITÀ OPERATIVA
- MICROMOTORE COMPATIBILE CON TESTINA ENDO MATE NSK 16:1
- IL MOTORE DI PRECISIONE E LA TECNOLOGIA DI MISURAZIONE DELL'IMPEDENZA RADICOLARE IN TEMPO REALE INCLUDE LE SPECIFICHE AUTOMATIZZATE PER L'USO CON I PRINCIPALI SISTEMI DI ESPANSIONE DEI CANALI RADICOLARI, COME DENTSPLY® WAVE ONE VDW® RECIPROC®, SENZA NECESSITÀ DI SET UP
- BATTERIA RICARICABILE A IONI DI LITIO AD ALTA CAPACITÀ
- TORQUE: 0.6-4.0 NCM • VELOCITÀ DI ROTAZIONE: 100-650 GIRI/MIN.

ABLATORI & PIEZO

SONIC L

MADE PRC

• FIBRA OTTICA • COMPLETO DI 3 INSERTI E CHIAVE DINAMOMETRICA • CON REGOLATORE DI POTENZA • **COMPATIBILE ATTACCO KAVO**

SONIC K

MADE PRC

• SENZA FIBRA OTTICA • COMPLETO DI 3 INSERTI E CHIAVE • **COMPATIBILE ATTACCO KAVO**

EMS + PUNTE



MODELLO G4 MODELLO P3

MADE PRC

• COMPATIBILE EMS • 5 INSERTI G4 SCALING • 5 INSERTI P3 PERIO

SATELEC + PUNTE

MODELLO GD4 MODELLO PD3

MADE PRC

• COMPATIBILE SATELEC • 5 INSERTI GD4 SCALING • 5 INSERTI PD3 PERIO

ABLATORI & PIEZO

PIEZO + PUNTE

MADE PRC

LA SPECIALE TECNICA AIR BONE SURGERY PERMETTE DI TAGLIARE L'OSSO UTILIZZANDO FRESE E INSERTI TRADIZIONALI.

QUESTA TECNICA PERMETTE DI TAGLIARE LE OSSA SENZA DANNEGGIARE IL TESSUTO CIRCOSTANTE IL CHE CONSENTE DI LAVORARE CON PRECISIONE FACILITANDO NON SOLO LA CHIRURGIA STESSA MA RIDUCENDO ALLO STESSO TEMPO IL DISAGIO POST-OPERATORIO PER I PAZIENTI.

LE PUNTE NON SI SCALDANO, IL TAGLIO È MICROMETRICO RIDUCENDO LA FERITA AL MINIMO PER INTERVENTI CHIRURGICI POCO INVASIVI CON MASSIMA PRECISIONE CHIRURGICA E SENSAZIONE TATTILE INTRAOPERATORIA.

I TAGLI SELETTIVI PROTEGGONO OGNI TIPO DI TESSUTO MOLLE: NERVI, VASI E MEMBRANE NON VERRANNO FERITI DURANTE IL TAGLIO DELL'OSSO PER QUESTO IL MANIPOLO OFFRE LA MASSIMA SICUREZZA PER IL CHIRURGO ED IL PAZIENTE.

GRAZIE ALL'EFFETTO CAVITAZIONE IL MANIPOLO OFFRE LA MASSIMA VISIBILITÀ INTRAOPERATORIA.

TRATTAMENTI CORRELATI:
• TECNICA DI RIALZO DEL SENO APPROCCIO CRESTALE • TECNICA DI RIALZO DEL SENO APPROCCIO LATERALE • PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE • MINI PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE • ESTRAZIONE • ESPIANTO • ESPANSIONE DELLA CRESTA • TECNICA DI CORTICOTOMIA • INNESTO OSSEO • MODELLAZIONE OSSEA • ENDODONZIA • OSTEOTOMIA VICINO AI NERVI • CHIRURGIA PARODONTALE • PULIZIA DI IMPIANTI

ABLATORI & PIEZO

SHEL-P

INGRESSO ALIMENTAZIONE	~ 100V-240V 50 / 60Hz L.2A (Max)
INGRESSO UNITÀ PRINCIPALE	50HRC
PORTA DI USCITA	~ 100V-240V 50 / 60Hz 1.2A (Max)
FREQUENZA 28KHZ	± 3Hz
PRESENZA DI ACQUA	20-60μM PESO UNITÀ PRINCIPALE 0.135KG
PESO ADATTATORE	0.35KG
DIMENSIONI	290MM X 168MM X 155MM



IL DISPOSITIVO DI ABLAZIONE ULTRASONICA SHEL-P È STATO PROGETTATO PER L'UTILIZZO DI INSERTI STANDARD DA 23K A 33K SULLO STESSO MANIPOLO.

L'ELETTRONICA AVANZATA ASSICURA UNA RIMOZIONE SENZA SFORZO DEL TARTARO, ANCHE CON POTENZA A BASSE IMPOSTAZIONI PER GARANTIRE IL MASSIMO COMFORT DEL PAZIENTE E UNA RIDUZIONE DELL'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE.

SHEL-P PUÒ FUNZIONARE COLLEGATO A UNA RETE IDRICA O UTILIZZANDO IL SERBATOIO INCORPORATO.

L' ABLATORE ULTRASONICO È IDEALE PER:
- RIMUOVERE I DEPOSITI DI TARTARO SOPRA E SUB GENGIVALE E LE MACCHIE DENTALI.
- LAVAGGIO TASCHE PARODONTALI CON MOVIMENTO SIMULTANEO DELLA PUNTA AD ULTRASUONI.
- PREPARARE, PULIRE E IRRIGARE I CANALI RADICOLARI.

COMANDI TOUCH:
- SELEZIONE DELLE FUNZIONI
- SELEZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA
- SELEZIONE DELLA FONTE D'ACQUA

FORNITO CON:
- 5 INSERTI
- 1 CHIAVE DINAMOMETRICA IN ACCIAIO
- 1 KIT PER AUTOCLAVE
- 1 VALIGIA IN ALLUMINIO

INSERTI


EMS
SATELEC
NSK
SIRONA
MECTRON
KAVO
AMDENT


EMS
EMS
EMS
SIRONA
SIR
SIR
NSK
NSK
NSK
SAT
SAT
SATELEC
MEC
MEC
MECTRON
DIAMANTATA
IRRIGAZIONE

INSERTI

COMPATIBILITA' EMS SAT SIR MEC NSK



ABLAZIONE

G1 GD1 GM1 GN1

UTILIZZATA PER RIMUOVERE LEGGERI DEPOSITI DI TARTARO E PLACCA SOPRA-GENGIVALE.



ABLAZIONE

G2 GD2

BORDO PIATTO UTILIZZATO PER RIMUOVERE SPESSI DEPOSITI DI TARTARO SOPRA-GENGIVALE.



ABLAZIONE

G3 GD3 GS3 GM3 GN3

UTILIZZATA PER RIMUOVERE TARTARO E PLACCA SOPRA-GENGIVALE NELL'AREA INTERDENTALE



ABLAZIONE

G4 GD4 GS4 GM4 GN4

UTILIZZATA PER RIMUOVERE TUTTO IL TARTARO E LA PLACCA SOPRA-GENGIVALE



ABLAZIONE

G5 GD5 GM5

UTILIZZATA PER RIMUOVERE TUTTO IL TARTARO E LA PLACCA SOPRA-GENGIVALE



ABLAZIONE

GM6

UTILIZZATA PER RIMUOVERE SPESSI DEPOSITI DI TARTARO SOPRA-GENGIVALE



PERIO

P1 PD1 PM1 PN1

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SOTTO-GENGIVALE



PERIO

P3 PD3 PS3 PM3 PN3

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

INSERTI

COMPATIBILITA' EMS SAT SIR MEC NSK



PERIO

P3D PD3D

RIVESTIMENTO DIAMANTATO, UTILIZZATA PER LEVIGARE LA SUPERFICIE DELLA RADICE DURANTE LA CHIRURGIA PERIODONTALE DEL LEMBO



PERIO

P4 PD4 PS4

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

ENDO

E1 ED1 ES1 EN1

SUPPORTO ANGOLARE A 120° PER FILE A U CON DIAMETRO DELLO STELO DI 0,57 MM, QUESTO INSERTO È USUALMENTE UTILIZZATO PER LA PULIZIA DEL CANALE RADICOLARE ANTERIORE

ENDO

ED2

SUPPORTO ANGOLARE A 95° PER FILE A U CON DIAMETRO DELLO STELO DI 0,57 MM, QUESTO INSERTO È USUALMENTE UTILIZZATO PER LA PULIZIA DEL CANALE RADICOLARE MOLARE



ENDO

E3 ED3

DISABILITANDO LO SPRAY REFRIGERANTE QUESTO PUNTALE VIENE UTILIZZATO PER LA CONDENSAZIONE TERMICA LATERALE DELLA GUTTAPERCA



ENDO

E3D ED3D

RIVESTIMENTO DIAMANTATO, UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL MATERIALE MALATO DALLA CAVITÀ DELLA POLPA.



ENDO

E4 ED4 ES4

RIMUOVE RAPIDAMENTE LE OSTRUZIONI E GLI OSTACOLI NELLA METÀ E NELLA TERZA PARTE SUPERIORE DEI CANALI GRANDI E DRITTI



ENDO

ED5

UTILIZZATA PER RIMUOVERE RAPIDAMENTE IL TARTARO E CEMENTI TEMPORANEI

INSERTI

COMPATIBILITA' **EMS**



ABLAZIONE E PERIO

eA

UNIVERSALE. RIMOZIONE ACCURATA DI DEPOSITI SOLIDI SOPRA-GENGIVALI IN TUTTI I QUADRANTI

ABLAZIONE E PERIO

eP

PERIO. LO STRUMENTO P È ADATTO PER RIMUOVERE CON PRECISIONE DEPOSITI DI TARTARO E CONCREZIONI MOLTO DURE SOPRA-GENGIVALI E SOTTO-GENGIVALI IN TUTTI I QUADRANTI.



ABLAZIONE E PERIO

ePS

PERIOSLIM. IL PIÙ VELOCE E POCO INVASIVO STRUMENTO PS, È L' IDEALE PER RIMUOVERE I DEPOSITI NELLE TASCHE PERIODONTALI PROFONDE IN TUTTI I QUADRANTI.



PULIZIA IMPIANTO

eICP

PULIZIA IMPIANTI. INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

INSERTI

COMPATIBILITA' **SAT**



ABLAZIONE

s#1

UNIVERSALE. ABLAZIONE SEMPLICE SOPRA-GENGIVALE E RIMOZIONE DEL TARTARO SENZA DANNEGGIARE LO SMALTO.



ABLAZIONE

s1S

SLIM. ABLAZIONE SOPRA E SOTTO-GENGIVALE. PARTICOLARMENTE EFFICACE NEGLI SPAZI INTERPROSSIMALI



PERIO

s10X

INTERPROSSIMALE. LA SUA PARTE ATTIVA PIATTA LO RENDE ADATTO AGLI SPAZI INTERPROSSIMALI E AL RIDIMENSIONAMENTO SOPRA-GENGIVALE. IL SUO DESIGN ANATOMICO CONSENTE UN USO RAPIDO ED EFFICIENTE.



PERIO

s10P

POCA PROFONDITA'. STRUMENTO ROTONDO SOTTILE ADATTO PER L'ABLAZIONE SUPERFICIALE DELLE TASCHE PROFONDE MENO DI 2-3MM.



PERIO

s10Z

SOTTO GENGIVALE. TASCHE MEDIE (<4MM). RIMOZIONE DEL BIOFILM E DEPOSITI SOFFICI, CONSENTE L'OSSERVAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLE TASCHE UTILIZZANDO LA SCALA DA 3 MM



PERIO

sH3

PERIODONTOLOGIA ANTERIORE. ADATTO AL TRATTAMENTO DEL BLOCCO INCISIVO-CANINO. IL BORDO DI GUIDA È ORIENTATO PARALLELAMENTE ALLA TASCA. ADATTO AL LAVORO NELLA TASCA PERIODONTALE SENZA LEDERE I LEGAMENTI.

PERIO

sET40D

DIAMANTE. INSERTO IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO DIAMANTATO PER IL TRATTAMENTO DI MATERIA MOLTO DURA NEL TERZO MEDIO. LUNGHEZZA 40MM, 30UM DIAMANTI, RASTREMAZIONE 4%



PERIO

sTK1L

SONDA ESTESA. IDEALE PER L'ESAME E IL MANTENIMENTO DELLE TASCHE MEDIO-PROFONDE (>4MM). UN AUSILIO DIAGNOSTICO UTILIZZATO DURANTE IL DEBRIDEMENT E L'IRRIGAZIONE DELLE TASCHE

INSERTI

COMPATIBILITA' **SAT**



ENDO

sTK1S

SONDA. RACCOMANDATA PER L'ESAME DELLE TASCHE POCO E MEDIO PROFONDE (<4MM) E PER IL MANTENIMENTO DI CASI SEMPLICI. TK1-1S È UN INSERTO GRADUATO OGNI 3MM.



ENDO

sTK2L

MANTENIMENTO ORIENTAMENTO SINISTRA. RACCOMANDATA PER IL MANTENIMENTO DI TASCHE MODERATAMENTE PROFONDE E LE BIFORCAZIONI. EQUIVALENTE ALLA SONDA NABERS



ENDO

sTK2R

MANTENIMENTO ORIENTAMENTO DESTRA. COMPAGNA DELLA S-TK2-1L. RACCOMANDATA PER IL MANTENIMENTO DI TASCHE MODERATAMENTE PROFONDE E LE BIFORCAZIONI. EQUIVALENTE ALLA SONDA NABERS

COMPATIBILITA' **NSK**

ABLAZIONE AD ARIA

nS1

UNIVERSALE. RIMOZIONE DEL TARTARO MARGINALE E SOPRA-GENGIVALE.

ABLAZIONE AD ARIA

nS2

PERIO. RIMOZIONE DEL TARTARO SOPRA-GENGIVALE

ABLAZIONE AD ARIA

nS3

FALCE. RIMOZIONE DEL TARTARO SOPRA-GENGIVALE

ABLAZIONE AD ARIA

NK5

INSERTO PER LA PULIZIA DELLE RADICI, APPLICAZIONE DRITTA.

INSERTI

COMPATIBILITA' SIRONA



ABLAZIONE

sr1L

GENERALE. STRUMENTO A PUNTA PIATTA PER ABLAZIONE INIZIALE.



ABLAZIONE

sr2L

VERSATILE. STRUMENTO VERSATILE UTILIZZATO PER ABLAZIONE APPROSSIMALE.

ABLAZIONE

sr3L

INTERDENTALE. STRUMENTO UNIVERSALE CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER ABLAZIONE SOPRA-GENGIVALE E SPAZI INTERDENTALI.



ABLAZIONE

sr4L

STRUMENTO IDEALE PER LA SUPERFICIE DENTALE SOPRA-GENGIVALE E SOTTO-GENGIVALE E LE AREE INTERDENTALI

INSERTI

COMPATIBILITA' KAVO

SONICFLEX

k#5 (GK1)

GENERALE. RIMOZIONE DEL TARTARO DA TUTTE LE SUPERFICI DEI DENTI

SONICFLEX

k#6

SOTTILE. STRUMENTO SOTTILE PER LE AREE PIÙ PICCOLE E DI PIÙ DIFFICILE ACCESSO



SONICFLEX

k#7 (GK3)

SOTTO-GENGIVALE. STRUMENTO UTILIZZATO PER L'ABLAZIONE SOTTO-GENGIVALE.



SONICFLEX

k#8 (GK4)

SOTTO-GENGIVALE. RIMOZIONE DEL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

SONICFLEX

k#60

PUNTA LUNGA DRITTA CON SUPERFICI ARROTONDATE, LA K#60 VIENE UTILIZZATA PER UNA PULIZIA DELICATA DELLE TASCHE DURANTE IL TRATTAMENTO PERIODONTALE. E' EFFICACE PER LA PULIZIA NELLE TASCHE FINO AI 9MM DI PROFONDITÀ. UTILIZZATA NELLE REGIONI ANTERIORI, SUPERFICI LISCE.



SONICFLEX

GK5

UTILIZZATA PER LA RIMOZIONE DEL TARTARO SOPRA-GENGIVALE E SOTTO-GENGIVALE



PIEZOLUX & SONICFLEX

k#9 (GC2)

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO E LA PLACCA BATTERICA SOPRA-GENGIVALE E INTERDENTALE.

PIEZOLUX & SONICFLEX

k#10 (GC1)

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO E LA PLACCA BATTERICA SOPRA-GENGIVALE E INTERDENTALE.

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON



TAGLIO DELL'OSSO

US1

SEGA OSSO. OSTEOTOMIA DI GRANDI SEZIONI OSSEE DURANTE LA CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE.



TAGLIO DELL'OSSO

US1L

MICRO-SEGA ANGOLARE 0.6MM.
TUTTE LE TECNICHE DI OSTEOTOMIA NELLA MASCELLA E NELLA MANDIBOLA; INNESTO DI BLOCCO OSSEO, OSTEOTOMIA ORIZZONTALE-ANGOLO SINISTRO



TAGLIO DELL'OSSO

US1R

MICRO-SEGA ANGOLARE 0.6MM.
TUTTE LE TECNICHE DI OSTEOTOMIA NELLA MASCELLA E NELLA MANDIBOLA; INNESTO DI BLOCCO OSSEO, OSTEOTOMIA ORIZZONTALE-ANGOLO DESTRO



TAGLIO DELL'OSSO

US2

SEGA DI PRECISIONE. UTILIZZATA PER TAGLIARE L'OSSO, CON GRANDE PRECISIONE ED EFFICIENZA. CINQUE DENTI AFFILATI.



TAGLIO DELL'OSSO

US3

SCALPELLO BASE. OSTEOTOMO DI GRANDE PRECISIONE IN STRUTTURE ATOMICAMENTE SOTTILI (PER ESEMPIO ESPANSIONE DELLA CRESTA, CORTICOTOMIE INTERDENTALI)



TAGLIO DELL'OSSO

US4

SCALPELLO/BISTURI OSTEOPLASTICO. OSTEOPLASTICA UNIVERSALE, OSTEOTOMIA PERIODONTALE, ALLUNGAMENTO DELLA CORONA, RACCOLTA DI FRAMMENTI OSSEI, RIMOZIONE DEI TESSUTI INFIAMMATORI (CISTI,ECC.)



TAGLIO DELL'OSSO

US5

RASCHIETTO. RIMODELLAMENTO OSSEO E RACCOLTA DI FRAMMENTI OSSEI.



TAGLIO DELL'OSSO

US6

SPECIALE MICRO-SEGA (3 DENTI).
TECNICA DI OSTEOTOMIA E CORTICOTOMIA MOLTO SOTTILE E PICCOLA PER MICROCHIRURGIA ORTODONTICA, TECNICA DELLA FRAZIONE DELLA RADICE PER MANOVRA DI ESTRAZIONE DENTALE.

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON



TAGLIO DELL'OSSO

OT4

PREPARAZIONE SITO IMPLANTARE.
CORREZIONE DELL'ASSE DELL'OSTEOTOMIA PILOTA, PER FINALIZZARE LA PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE VICINO AL NERVO ALVEOLARE; TECNICHE DI APPROCCIO SINUSALE CRESTATE.



TAGLIO DELL'OSSO

OT5

OSTEOTOMIA E OSTEOPLASTICA.
OSTEOTOMIA DI GRANDE PRECISIONE IN SPAZI ANATOMICAMENTE STRETTI (PER ESEMPIO ESPANSIONE DELLA CRESTA, CORTICOTOMIA INTERDENTALE)



TAGLIO DELL'OSSO

OT7

MICRO-SEGA PRINCIPALE 0.5MM
TECNICHE DI OSTEOTOMIA NELLA MASCELLA E NELLA MANDIBOLA, ESPANSIONE DELLA CRESTA, TECNICHE DI CORTICOTOMIA, INNESTO OSSEO.

TAGLIO DELL'OSSO

OT7S-4

MICRO-SEGA SPECIALE 0.35 (4 DENTI)
OSTEOTOMIA MOLTO SOTTILE, TECNICHE DI MICRO CHIRURGIA ORTODONTICA, SEPARAZIONE DELLE RADICI NELLE TECNICHE DI ESTRAZIONE E CHIRURGIA PERIODONTALE



TAGLIO DELL'OSSO

OT7-20

OSTEOTOMIA ESPANSIONE DELLA CRESTA, INNESTO OSSEO (DAL MENTO, MANDIBOLA) TECNICHE DI OSTEOTOMIA LEFORT, OSTEOTOMIA BILATERALE SAGGITALE.

TAGLIO DELL'OSSO

OP6

PREPARAZIONE MICRO-RADICALE UTILIZZATA PER LA PREPARAZIONE DELLE RADICI NELLA CHIRURGIA PERIODONTALE

TAGLIO DELL'OSSO

OP7

MICRO-OSTEOPLASTICA UTILIZZATA PER L'ACCESSO ALL'OSSO MASCELLARE PER OSTEOTOMIA PERI-APICALE, RIMOZIONE DEI TESSUTI INFIAMMATORI



SOLLEVAMENTO SINUSALE

UL1

SEPARATORE MEMBRANA SINUSALE ANGOLATO A 130°.
NON TAGLIENTE SEPARATORE DELLA MEMBRANA SINUSALE

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON



UL2

SEPARATORE MEMBRANA SINUSALE SEPARATORE DELLA MEMBRANA SINUSALE, 2MM INTORNO AL TELAIO DELLA FINESTRA OSSEA.

SOLLEVAMENTO SINUSALE



UL3

TAGLIA OSSA SENSIBILE UTILIZZATO PER IL TAGLIO DELL'OSSO VICINO AI TESSUTI O ALLE REGIONI SENSIBILI CON IL MINOR TRAUMA. RIVESTIMENTO DIAMANTATO SU PALLA E INSERTO

SOLLEVAMENTO SINUSALE



UL4

OSTEOTOMIA FINESTRA OSSEA SINUSALE OSTEOTOMIA PERIODONTALE, ALLUNGAMENTO DELLA CORONA, RACCOLTA FRAMMENTI OSSEI, RIMOZIONI TESSUTI INFIAMMATORI (CISTI, ECC.)

SOLLEVAMENTO SINUSALE

UL5

SEPARATORE ANGOLATO A 105° MEMBRANA SINUSALE SEPARATORE NON TAGLIENTE DELLA MEMBRANA SINUSALE

SOLLEVAMENTO SINUSALE



UI1

1.6MM ALLARGAMENTO UTILIZZATA PER ALLARGARE L'AREA D'IMPIANTO EVITANDO TRAUMI AI TESSUTI MOLLI

IMPLANTOLOGIA



UI2

2.0MM ALLARGAMENTO UTILIZZATA PER ALLARGARE L'AREA D'IMPIANTO EVITANDO TRAUMI AI TESSUTI MOLLI

IMPLANTOLOGIA



UI7

PREPARAZIONE UTILIZZATA PER LA PREPARAZIONE FINALE DELL'OSSO NELL'AREA D'IMPIANTO

IMPLANTOLOGIA



UI8

PREPARAZIONE PER L'IMPIANTO, LARGHEZZA MASSIMA 1.6MM

IMPLANTOLOGIA

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON



IMPLANTOLOGIA

UI9

PREARAZIONE IMPIANTO 2.8MM TESTA DA TAGLIO



IMPLANTOLOGIA

UI9B

PREPARAZIONE PROFONDA 2.8MM TESTA DA TAGLIO



IMPLANTOLOGIA

IM2A

PERFORAZIONE DELL'OSSO OSTEOTOMIA PILOTA NELLA REGIONE ANTERIORE (NELLA MASCELLA)

IMPLANTOLOGIA

IM2P

PERFORAZIONE DELL'OSSO OSTEOTOMIA PILOTA NELLA REGIONE POSTERIORE (NELLA MASCELLA)



IMPLANTOLOGIA

IM3A

PERFORAZIONE DELL'OSSO ALLARGA O FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO (NELLA MASCELLA).

IMPLANTOLOGIA

IM3P

PERFORAZIONE DELL'OSSO ALLARGA O FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO (NELLA MASCELLA)



IMPLANTOLOGIA

IM4A

PERFORAZIONE DELL'OSSO FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO (NELLA MASCELLA)



IMPLANTOLOGIA

IM4P

PERFORAZIONE DELL'OSSO FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON



ENDO

UE1

PULIZIA PROFONDA DEL CANALE RIMOZIONE DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE.



ENDO

UE2

PULIZIA DELICATA DEL CANALE RIMOZIONE DELICATA DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE



ENDO

UE3

PULIZIA PROFONDA DEL CANALE RIMOZIONE DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE



ENDO

UE4

PULIZIA DELICATA DEL CANALE RIMOZIONE DELICATA DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE



IMPLANTOLOGIA

IP2-3

PREAPARZIONE PILOTA SITO D'IMPIANTO OTTIMIZZA LA CONCENTRICITÀ DELL'AREA D'IMPIANTO TRA 2 E 3MM



IMPLANTOLOGIA

IP3-4

OSTEOTOMIA MICROMETRICA OTTIMIZZA LA CONCENTRICITÀ DELL'AREA D'IMPIANTO TRA 3 E 4MM

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

ESTRAZIONE

EX1

SCALPELLO D'ESTRAZIONE OSTEOPLASTICA DELLE RADICI TAGLIO DELLE ANCHILOSI, TECNICA DI FRAZIONE RADICALE

ESTRAZIONE

EX2

SCALPELLO D'ESTRAZIONE ANGOLATO OSTEOPLASTICA DELLE RADICI NELLE REGIONI POSTERIORI



ESTRAZIONE

EX3

MICRO-SEGA ANGOLATA 0.6MM OSTEOPLASTICA DELLE RADICI NELLE REGIONI POSTERIORI

ESTRAZIONE

XM-NINJA

SEZIONE DEL DENTE INSERTO SEGA-DENTE PARTICOLARMENTE EFFICIENTE PER LE EMISEZIONI E LE AMPUTAZIONI DELLE RADICI

ESTRAZIONE

UC1

SCALPELLO D'ESTRAZIONE OSTEOPLASTICA DELLE RADICI TAGLIO DELLE ANCHILOSI, TECNICA DI FRAZIONAMENTO DELLE RADICI

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON



ABLAZIONE

UP1

ABLAZIONE DELICATA ABLAZIONE DELLE RADICI



ABLAZIONE

UP2

ABLAZIONE PERIODONTALE ABLAZIONE E RIMOZIONE DEI TESSUTI INFIAMMATORI ESTRAZIONE DELL'APICE DELLA RADICE FRATTURATA



ABLAZIONE

UP3

CURETTE ANGOLATO CURETTE ANGOLATA ABLAZIONE DELLE RADICI



ABLAZIONE

UP4

ABLAZIONE E MICRODEBRIDEMENT RIMOZIONE DEI TESSUTI DEVITALIZZATI E PIALLATURA DELLA RADICE DURANTE LA CHIRURGIA PERIODONTALE RESETTIVA E RIGENERATIVA



ABLAZIONE

UP5

MICRO-LISCIAMENTO SUPERFICI DELLE RADICI PIALLATURA DELLE RADICI

ABLAZIONE

UP6

PREPARAZIONE MICRO-RADICALE PREPARAZIONE DELLE RADICI NELLA CHIRURGIA PERIODONTALE



ABLAZIONE

UP7

MICRO-OSTEOPLASTICA OSTEOPLASTICA INTERPROSSIMALE E PIALLATURA DELLE RADICI

INSERTI

COMPATIBILITA' EMS



CHIRURGIA OSSEA

E-BS1

SEGA PER CORTECCIA OSSEA LA SEGA VIENE UTILIZZATA NELLA CHIRURGIA ORTODONTICA PER TAGLIARE LA CORTECCIA OSSEA, CHIRURGIA PRE-IMPLANTARE.

CHIRURGIA OSSEA

E-BS2L

SEGA PER CORTECCIA OSSEA SINISTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A SINISTRA

CHIRURGIA OSSEA

E-BS2R

SEGA PER CORTECCIA OSSEA DESTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A DESTRA

CHIRURGIA OSSEA

E-BS4

SCALPELLO CIRCOLARE SCALPELLO CIRCOLARE A 130° PER L'OSTEOPLASTICA E LA RACCOLTA DI PARTICELLE O FRAMMENTI OSSEI.

CHIRURGIA OSSEA

E-BS5

SCALPELLO PIATTO SCALPELLO PIATTO PER OSTEOTOMIA FINE, PREPARAZIONE DEL LEMBO OSSEO

CHIRURGIA OSSEA

E-BS6

SCALPELLO RICURVO EFFICACE PER IL RIMODELLAMENTO OSSEO. UTILIZZATO PER ESEGUIRE OSTEOPLASTICHE E RIMODELLAMENTI DELL'OSSO CHE NON ASSICURA IL SUPPORTO OSSEO. PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER SEGNARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PROTESICO DEL DENTE DOVE INIZIERÀ L'OSTEOPLASTICA.

INSERTI

COMPATIBILITA' **EMS**

SOLLEVAMENTO SINUSALE

E-SL1

OSTEOTOMIA FINESTRA OSSEA SINUSALE. RIVESTIMENTO DIAMANTATO, INSERTO PER IL TAGLIO DELLA FINESTRA OSSEA VESTIBOLARE E ATTENUAZIONE DEGLI ANGOLI TAGLIENTI.

SOLLEVAMENTO SINUSALE

E-SL3

SEPARTORE MEMBRANA SINUSALE INSERTO NON TAGLIENTE UTILIZZATO PER SOLLEVARE LA MEMBRANA SCHNEIDERIAN SUI BORDI DELLA FINESTRA

SOLLEVAMENTO SINUSALE

E-SL5

SPATOLA NON TAGLIENTE SPATOLA NON TAGLIENTE UTILIZZATA PER SOLLEVARE LA MEMBRANA DI SCHNEIDERIAN ALL'INTERNO DEL SINUSALE E PER IL DISINNESTO DELLE STRUTTURE ANATOMICHE

ESTRAZIONE

E-LC1

OSTEOPLASTICA DELLE RADICI UTILIZZATA PER SINOMOTOMIA E OSTEOTOMIA PERIRADICOLARE

ESTRAZIONE

E-LC2

SCALPELLO SOTTILE INSERTO SOTTILE, PARTICOLARMENTE SOTTILE, UTILIZZATA PER L'ACCESSO AGLI SPAZZI STRETTI TRA LA RADICE E L' OSSO ALVEOLARE

ESTRAZIONE

E-LC2L

SCALPELLO ANGOLARE ORIENTATO A SINISTRA 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI.

ESTRAZIONE

E-LC2R

SCALPELLO ANGOLARE ORIENTATO A DESTRA 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI.

ESTRAZIONE

E-PIRAHNA

AMPUTATORE DI RADICE INSERTO SEGA-DENTA PARTICOLARMENTE EFFICACE PER EMISEZIONI, AMPUTAZIONE DELLE RADICI.

INSERTI

Piezotome® 1 Piezotome® 2

COMPATIBILITA' SATELEC

BS1 V-BS1

SEGA PER CORTECCIA OSSEA LA SEGA VIENE UTILIZZATA NELLA CHIRURGIA ORTODONTICA PER TAGLIARE LA CORTECCIA OSSEA, CHIRURGIA PRE-IMPLANTARE.

CHIRURGIA OSSEA

BS2L V-BS2L

SEGA PER CORTECCIA OSSEA SINISTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A SINISTRA

CHIRURGIA OSSEA

BS2R V-BS2R

SEGA PER CORTECCIA OSSEA DESTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A DESTRA

CHIRURGIA OSSEA

BS4 V-BS4

SCALPELLO CIRCOLARE. SCALPELLO CIRCOLARE A 130° PER OSTEOPLASTICA E RACCOLTA DI PARTICELLE E FRAMMENTI OSSEI

CHIRURGIA OSSEA

BS5 V-BS5

SCALPELLO PIATTO SCALPELLO PIATTO PER OSTEOTOMIA FINE E PREPARAZIONE OSSEA

CHIRURGIA OSSEA

SL2 V-SL2

OSTEPLASTICA MICROMETRICA RIVESTIMENTO DIAMANTATO DELL'INSERTO E DELLA PALLA PER LEVIGARE LA FINESTRA OSSEA VESTIBOLARE E OSTEOPLASTICA PRECISA

SOLLEVAMENTO SINUSALE

INSERTI

Piezotome® 1 **Piezotome® 2**

COMPATIBILITA' **SATELEC**

ESTRAZIONE

LC1 **V-LC1**

OSTEOPLASTICA DELLE RADICI UTILIZZATA PER SINOMOTOMIA E OSTEOTOMIA PERIRADICOLARE

ESTRAZIONE

LC1/90 **V-LC1/90**

SCALPELLO D'ESTRAZIONE UTILIZZATO PER TAGLIARE I LEGAMENTI CON IL MINOR TRAUMA QUANDO SI ESTRAGGONO I DENTI SOLIDI

ESTRAZIONE

LC2 **V-LC2**

SCALPELLO SOTTILE INSERTO SOTTILE, PARTICOLARMENTE SOTTILE, UTILIZZATO PER L'ACCESSO AGLI SPAZZI STRETTI TRA LA RADICE E L' OSSO ALVEOLARE

ESTRAZIONE

LC2L **V-LC2L**

SCALPELLO ANGOLATO ORIENTATO A SINISTRA A 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI

ESTRAZIONE

LC2R **V-LC2R**

SCALPELLO ANGOLATO ORIENTATO A DESTRA A 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI

ESTRAZIONE

PIRAHNA **V-PIRAHNA**

AMPUTATRORE DI RADICI INSERTO SEGA-DENTE PARTICOLARMENTE ADATTO PER EMISEZIONI E AMPUTAZIONE DELLE RADICI.

COMBO

S-PILOT

MADE PRC

NUMEROSI ACCESSORI E INSERTI PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DI TRATTAMENTI
- 2 MANIPOLI PER ABLAZIONE
- 2 MANIPOLI PER SBIANCAMENTO
- 1 INSERTO PER SBIANCAMENTO SOPRAGENGIVALE
- 10 INSERTI PER SBIANCAMENTO SUBGENGIVALE
- 5 INSERTI PER ABLAZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- 8 INSERTI PER ABLAZIONE PERIO IN TITANIO
- 4 INSERTI PER ABLAZIONE PERIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- 2 INSERTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI

SISTEMA TOUCH CONTROL INTELLIGENTE
- COLORE LED BRILLANTE, PANNELLO 3,5" TFT LCD
- RESISTENTE ALL'ACQUA, PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON LE DITA BAGNATE O CON I GUANTI
- REGOLAZIONE DELLA POTENZA SCORREVOLE, SELEZIONE PRECISA

NESSUN DOLORE NEL TRATTAMENTO PARODONTALE AD ULTRASUONI

FREQUENZA ULTRASUONI 27.000-33.000-HZ
- MANIPOLO PIÙ SOTTILE RISPETTO AI NORMALI ABLATORI
- DUREZZA DELLA LEGA DI TITANIO: HRC30
- DUREZZA DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE: HRC30
- DUREZZA SMALTO: HRC 50-60
- DUREZZA CEMENTO: HRC30-40

LA VIBRAZIONE ELLITTICA RIDUCE L'ATTRITO TRA I DENTI E GLI INSERTI

REGOLAZIONE DELL'ACQUA

LA MANCANZA DELLA VALVOLA DI REGOLAZIONE DELL'ACQUA RENDE L'UTILIZZO DURANTE IL TRATTAMENTO PIU' FACILE SENZA IL BISOGNO DI TOCCARE IL DISPOSITIVO ESEGUENDO LA REGOLAZIONE DELL'ACQUA DIRETTAMENTE SULLA PARTE INFERIORE DI ENTRAMBI I MANIPOLI.

SBIANCATORI

AP20 + PUNTALE

MADE PRC

• UTILIZZABILE CON GLICINA • PUNTALE REMOVIBILE • **COMPATIBILE CON ATTACCO KAVO-NSK-MIDWEST**

SABBIATRICI

AP10KV

MADE PRC

• COMPATIBILE CON ATTACCO KAVO

GUTTAPERCA

C-FILL B

MADE PRC

BATTERIA RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO: 3.7 V 2600 MAH
TEMPO DI RISCALDAMENTO: DA 5 A 200 ° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 150 ° C, 180 ° C. 200 ° C, 230 ° C
INGRESSO SCHEDA: 100-240 V CA USCITA: DC5V, 1,5 A
SCAMBIATORE DI CALORE: F, FM, M, ML

LAMPADE POLIMERIZZATRICI

SOLAR 2200

MADE PRC

• RICARICABILE • INTENSITÀ LUMINOSA COSTANTE• INTENSITÀ DELLA LUCE REGOLABILE
• BATTERIA AGLI IONI DI LITIO AD ALTA CAPACITÀ • MANICO IN METALLO • POTENZA: 2200MW/CM²

MICROMOTORI

SONG YOUNG

MADE IN TAIWAN

- POTENZA ASSORBITA: 150W
- VELOCITÀ MAX 50.000 RPM
- ALIMENTAZIONE 230V
- DIMENSIONE CENTRALINA 262X165X83 MM
- PESO MANIPOLO 353GR
- DIAMETRO MANIPOLO 275MM
- LUNGHEZZA MANIPOLO 150MM
- PESO TOTALE 2.3KG
- PINZA 2.35MM
- AD INDUZIONE

SUPER ON/OFF

MADE IN S. COREA

- POTENZA ASSORBITA: 32 WATT
- VELOCITA: MAX 35.000 RPM A CARBONCINI
- ALIMENTAZIONE: 230V - HZ 50/60
- DIMENSIONI CENTRALINA (LXPXH MM) : 115 X 153 X 76.9
- PESO MANIPOLO: 282GR
- DIAMETRO MANIPOLO: 27.2MM
- LUNGHEZZA MANIPOLO: 153 MM
- PESO TOTALE: 1,5 KG
- PINZA STANDARD: Ø 2,35 MM
- PEDALE ON/OFF

FUZHOU ON/OFF

MADE PRC

- ALIMENTAZIONE 220V
- PINZA 2.35MM
- MAX 35.000 RPM
- A CARBONCINI
- PEDALE ON/OFF

TURBINE LABORATORIO

SONG YOUNG COMPLETA

MADE IN TAIWAN

• CON ACQUA • VELOCITÀ RPM 320.000/350.000 • PRESSIONE ARIA 2.8-3.5 BAR • FRESE Ø 1,6 MM • IDEALE PER ZIRCONIA E CERAMICA

VASCHE ULTRASUONI

GT SONIC-S6

MADE PRC

- VOLUME: 6 LITRI
- POTENZA ULTRASONICA: 150W
- POTENZA DI RISCALDAMENTO: 300W
- FREQUENZA: 40KHZ
- RISCALDAMENTO: (C°): 30-80
- CONTROLLO DEL TEMPO: 1-99 MINUTI
- DIMENSIONI SERBATOIO: 300X155X150
- VALVOLA DI DRENAGGIO
- ACCESSORI STANDARD: CESTO, COPERCHIO E CAVO DI ALIMENTAZIONE
- PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE SPECCHIO NERO DI TITANIO (NESSUNA IMPRONTA, FACILE DA PULIRE, RESISTENTE AI GRAFFI)
- PANNELLO TOUCH

Medical Way di Roberto Spano
Via Scandolara, 58/A - 31059 Zero Branco (TV)
Tel. 0422 488087 - Fax 0422 488748
medicalway14@gmail.com www.medicalway.it